

# 使用《全军医疗设备管理系统》的一点体会

李 驰 荣 (空军杭州疗养院药械科 杭州 310007)

1993年7月总后勤部卫生部统一下发了《全军医疗设备管理系统》。该系统共分3个层次,我院使用的是其中的一种,即:《军队医院医疗设备管理子系统》,通过几年使用我认为该系统优点很多但也有许多不足之处,下面我就谈谈使用中的一些体会。

## 1 优点

**1.1 屏幕设计清新简洁,人机界面友好。**下拉式菜单直观、醒目,操作方便,路径明确;弹出窗口设计使数据录入直观方便,层次分明;字典库设计,避免了繁琐的汉字录入,录入时可输入代码或汉语拼音字头。录入方法简单易学,档案建立数据录入实现了真正的全屏幕操作,并且使输入的代码或拼音字头与代表的汉字内容在同一位置显示。即某一字段一旦代码或拼音字头输入完毕,即在同一位置上显示出所表示的中文信息;有较强的容错和排错功能,对录入的各项数据都要进行校验、自动纠错,对各种非法录入和违章录入自动识别并报警,提示修改或录入,使录入的数据完整、准确、可靠。

**1.2 打印、统计灵活可靠。**该系统设有打印功能,如:按科室打印、分类打印、军标码打印及按任意组合打印等。统计项目也较齐全,几乎所需的统计项目都可进行统计汇总,且有图示、打印功能。例如:在“统计分析”项下进行“质量分类统计”就有3种统计方法,即“按单位及等级统计”、“按分类及等级统计”、“按单位及分类统计”,每种统计方法都有打印报表功能,有的还设有打印百分比报表功能和显示图形的功能,打印的表格规范,清楚,方便灵活,实用。

## 2 缺点

**2.1 医疗设备附件无打印功能。**由于医疗设备附件较多,且有些还是独立设备,如:照相机、

摄像机、打印机等,需要经常对照检查,以防丢失。但此系统无设备附件打印功能,只有在“医疗设备明细表”中的“附件”项下,设有“有”或“无”,没有具体的设备附件名称及件数,管理起来就有一定的难度。如打印1份“医疗设备明细表”,下科室对照检查,由于附件品名、件数等不知的原因,常常造成漏查,因此我们只好采取微机管理与手工操作相结合,这样会使工作陷于一种无序状态,使本来可以用微机统一管理的工作秩序给打乱了。所以,我认为设立医疗设备附件打印功能是颇有必要。

**2.2 字典库无打印功能。**由于各科室的主管人员,如:科主任、护士长及设备使用保管人员经常调换工作,科室的合并、分离、更名等诸多原因,需要经常对字典库进行修改,在修改之前打印1份字典库数据,对照修改,就可以防止“医疗设备档案”出错。否则,还需花大量的时间去修改“医疗设备档案”中所出的错误,给微机管理带来一定的麻烦。

**2.3 此系统版本太低。**软件环境:操作系统为DOS3.0以上版本,CCBIOS 2.13H中文系统及所支持的打印机,而现在微机发展迅速,版本也越来越高,我药库微机版本为DOS6.0,UG-DOS5.0,为了能使系统正常工作,只好采取仿真装置,但还是不能正常显示,画面非常难看。在建立医疗设备档案时,只能凭感觉或提示来判断该输入的内容,工作起来很不方便。

**2.4 没有网络功能。**该系统只能单机操作,不能联网,在医院、疗养院的医疗药械等都逐步实行微机网络管理的今天,单机操作就显得有些不便,也不适合统一管理,因此,设置网络功能势在必行。